



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CLARO
ESTADO DO PARANÁ



AVISO DE DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2018 (PMRC) – REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 49/2018

MÁRIO AUGUSTO PEREIRA, Prefeito do Município de Ribeirão Claro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, torna público para todos os efeitos e fins legais, principalmente para a intimação das partes, terceiros e eventuais interessados que **HOMOLOGOU**, o processamento do Pregão Presencial nº 20/2018 (PMRC) – Registro de Preços, realizado no dia 21 de março de 2018 (Lances e Habilitação), objetivando **A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTAIS E MATERIAIS DE CONSUMO A SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS EM ODONTOLOGIA PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES**, ficando assim **ADJUDICADO** o PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS, em favor das empresas **BIO-LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – ME (CNPJ: 06.175.908/0001-12)**, **J RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA – EPP (CNPJ: 84.972.926/0001-39)**, **CIRURGICA ONIX - EIRELI – ME (CNPJ: 20.419.709/0001-33)**, **ASSUNCAO & MORETTO LTDA – EPP (CNPJ: 08.219.262/0001-53)** e **MUNIZ & ROCHA LTDA – ME (CNPJ: 03.919.932/0001-20)**, por terem satisfeito os procedimentos dentro das formalidades legais e apresentado propostas convenientes aos interesses da administração:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	APRES	QTDE	VL UNIT (R\$)	PROponente VENCEDORA
1	AGENTE DE UNIÃO MULTIUSO, COM FLUÓR, FOTOPOLIMERIZÁVEL, MONOCOMPONENTE PARA ESMALTE/DENTINA, COM A SEGUINTE COMPOSIÇÃO: RESINAS DE DIMETACRILATO ELASTOMÉRICA, PENTA(MONOFOSFATO DE DOPENTEARITRITOL PENTACRILATO), FOTOINICIADORES, ESTABILIZADORES, HIDROFLUORURO DE CETILAMINA, ACETONA. TRAZENDO INTERNAMENTE: Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PRAZO DE VALIDADE: 75% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO. REGISTRO ANVISA. . 4ML	DENTSPLY PRIME BOND 2.1	FRS	15	108,50	BIO-LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
2	AGULHA GENGIVAL ESTERILIZADA DESCARTÁVEL – CURTA. TRAZENDO INTERNAMENTE: Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PRAZO DE VALIDADE: 75% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO. REGISTRO ANVISA. CAIXA COM 100	PROCARE	CX	25	36,90	J RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME
3	AGULHA GENGIVAL ESTERILIZADA DESCARTÁVEL – LONGA. TRAZENDO INTERNAMENTE: Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PRAZO DE VALIDADE: 75% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO. REGISTRO ANVISA. CAIXA COM 100	PROCARE	CX	30	36,90	J RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME
4	ALGODÃO EM ROLETES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE E VALIDADE. PRAZO DA VALIDADE: 75% DO PRAZO TOTAL. REGISTRO NA ANVISA. MARCA SUGERIDA SSPLUS. PACOTE COM 100	BIODONT SSPLUS	PCT	200	6,20	BIO-LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
5	ALCOOL A 70%	PROLINK	L	120	8,00	CIRURGICA ONIX - EIRELI - ME
6	ALVEOLEX. TRAZENDO INTERNAMENTE: Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PRAZO DE VALIDADE: 75% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO. REGISTRO ANVISA. FRASCO COM 10 GRAMAS	BIODINAMICA ALVEOLEX	FRS	4	34,50	BIO-LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
7	AMÁLGAMA EM CÁPSULA CONTENDO UMA DOSE, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICA: AG 56%; SN27,9%; CU 15,4%; ZN0,2% (400MG ALLOY E 360MG DE MERCÚRIO POR CÁPSULA) CRISTALIZAÇÃO REGULAR. TRAZENDO INTERNAMENTE: Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PRAZO DE VALIDADE: 75% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO. MARCA SUGERIDA GS80. POTE COM 500 UNIDADES	SDI GS-80	PT	6	1.250,00	BIO-LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
8	ANESTÉSICO INJETÁVEL COMPOSTO DE CLORIDRATO DE PRILOCAÍNA 3% COM FELIPRESSINA. ENVASADO EM TUBETES DE CRISTAL COM 1,8ML E ÊBOLOS SILICONIZADOS ALOJADOS EM BLISTERES. TRAZENDO Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PRAZO DE	DENTSPLY	CX	100	71,09	ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP

	VALIDADE: 75% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO. REGISTRO M.S. MARCA SUGERIDA CRISTÁLIA. CAIXA COM 50.					
9	ANESTÉSICO INJETÁVEL COM LIDOCAÍNA 2% E EPINEFRINA 1:100.000 E VEÍCULO ESTÉRIO 1ML. SOLUÇÃO INJETÁVEL 1,8ML.TRAZENDO NOS TUBETES DE VIDRO: Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PRAZO DE VALIDADE: 75% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO. REGISTRO M.S. MARCA SUGERIDA CRISTÁLIA. CAIXA COM 50	DFL	CX	10	72,75	ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP
10	ANESTÉSICO INJETÁVEL SEM VASOCONSTRITOR COMPOSTO DE CLORIDRATO DE MEPIVAÇAÍNA A 3%. ML E VEÍCULO ESTÉRIO 1ML. SOLUÇÃO INJETÁVEL 1,8ML.TRAZENDO NOS TUBETES Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PRAZO DE VALIDADE: 75% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO. REGISTRO M.S. MARCA SUGERIDA DENTSPLY. CAIXA COM 50	DENTSPLY	CX	8	143,18	ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP
11	ANESTÉSICO TÓPICO GEL COMPOSTO DE BENZOCAÍNA 200MG/G, SABOR MORANGO. TRAZENDO INTERNAMENTE: Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PRAZO DE VALIDADE: 75% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO. MARCA SUGERIDA DFL. POTE DE 12 GRAMAS	DFL	PT	20	11,77	ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP
12	ANTI-SÉPTICO BUCAL, COMPOSTO DE: GLUCONATO DE CLOHREXIDINA 0,12%, COM FLÚOR, SEM ÁLCOOL E CORANTES, SABOR MENTA. COM BOMBA E COPINHOS. TRAZENDO INTERNAMENTE: Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PRAZO DE VALIDADE: 75% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO. MARCA SUGERIDA REYMER. 1 LITRO	VICPHARMA	L	50	35,10	J RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME
13	BANDA MATRIZ DE AÇO INOX. MEDINDO 0,07X5X500MM.	AAF DO BRASIL	UNI	50	1,90	BIO-LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
14	BANDA MATRIZ DE AÇO INOX. MEDINDO 0,07X7X500MM.	AAF DO BRASIL	CX	15	2,20	BIO-LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
15	BASTONETE DE ALGODÃO, TIPO COTONETE. TRAZENDO INTERNAMENTE: Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PRAZO DE VALIDADE: 75% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO. REGISTRO M.S. REFERÊNCIA YORK. CAIXA COM 75	COTONELA	CX	20	3,71	ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP
16	BROCA ODONTOLÓGICA PARA BAIXA ROTAÇÃO , CONFECCIONADA EM AÇO CA Nº2, ACONDICIONADA EM CAIXA ACRÍLICA, , NÃO ESTÉRIL. INFORMANDO: O MODELO, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO. REGISTRO ANVISA . MARCA SUGERIDA INJECTA. CAIXA COM 6	DENTSPLY MAILLEFER	CX	10	37,50	BIO-LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
17	BROCA ODONTOLÓGICA PARA BAIXA ROTAÇÃO , CONFECCIONADA EM AÇO CA Nº4, ACONDICIONADA EM CAIXA ACRÍLICA, , NÃO ESTÉRIL. INFORMANDO: O MODELO, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO. REGISTRO ANVISA . MARCA SUGERIDA INJECTA. CAIXA COM 6	DENTSPLY MAILLEFER	CX	20	37,50	BIO-LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
18	BROCA ODONTOLÓGICA PARA BAIXA ROTAÇÃO , CONFECCIONADA EM AÇO CA Nº6, ACONDICIONADA EM CAIXA ACRÍLICA, , NÃO ESTÉRIL. INFORMANDO: O MODELO, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO. REGISTRO ANVISA . MARCA SUGERIDA INJECTA. CAIXA COM 6	DENTSPLY MAILLEFER	CX	60	37,50	BIO-LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
19	BROCA CARBIDE 702FG – CIR.25MM , ACONDICIONADA EM SISTEMA BLISTER, TRAZENDO NO VERSO DA EMBALAGEM: Nº DO LOTE E REGISTRO NO M.S. REFERÊNCIA OPTION.	KAVO BURS CARBIDE	UNI	20	6,90	BIO-LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
20	BROCA DIAMANTADA 1012, ACONDICIONADA EM SISTEMA BLISTER, TRAZENDO NO VERSO DA EMBALAGEM: Nº DO LOTE E REGISTRO NO M.S. REFERÊNCIA OPTION.	3R IND E COM MICRODONT	UNI	30	5,00	BIO-LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
21	BROCA DIAMANTADA 1012 HL, ACONDICIONADA EM SISTEMA BLISTER, TRAZENDO NO VERSO DA EMBALAGEM: Nº DO LOTE E REGISTRO NO M.S. REFERÊNCIA OPTION.	3R IND E COM MICRODONT	UNI	10	5,00	BIO-LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
22	BROCA DIAMANTADA 1014, ACONDICIONADA EM SISTEMA BLISTER, TRAZENDO NO VERSO DA EMBALAGEM: Nº DO LOTE E REGISTRO NO M.S. REFERÊNCIA	3R IND E COM MICRODONT	UNI	80	5,00	BIO-LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

23	BROCA DIAMANTADA 1015, ACONDICIONADA EM SISTEMA BLISTER,TRAZENDO NO VERSO DA EMBALAGEM:Nº DO LOTE E REGISTRO NO M.S.REFERÊNCIA OPTION.	3R IND E COM MICRODONT	UNI	50	5,00	BIO-LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
24	BROCA DIAMANTADA 1015 HL, ACONDICIONADA EM SISTEMA BLISTER,TRAZENDO NO VERSO DA EMBALAGEM:Nº DO LOTE E REGISTRO NO M.S.REFERÊNCIA OPTION	3R IND E COM MICRODONT	UNI	10	5,00	BIO-LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
25	BROCA DIAMANTADA 1016, ACONDICIONADA EM SISTEMA BLISTER,TRAZENDO NO VERSO DA EMBALAGEM:Nº DO LOTE E REGISTRO NO M.S.REFERÊNCIA OPTION.	3R IND E COM MICRODONT	UNI	80	5,00	BIO-LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
26	BROCA DIAMANTADA 1093 ACONDICIONADA EM SISTEMA BLISTERS,TRAZENDO NO VERSO DA EMBALAGEM:Nº DO LOTE E REGISTRO NO M.S.REFERÊNCIA OPTION.	3R IND E COM MICRODONT	UNI	20	5,00	BIO-LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
27	BROCA DIAMANTADA 1151, ACONDICIONADA EM SISTEMA BLISTER,TRAZENDO NO VERSO DA EMBALAGEM:Nº DO LOTE E REGISTRO NO M.S.REFERÊNCIA OPTION.	3R IND E COM MICRODONT	UNI	30	5,00	BIO-LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
28	BROCA DIAMANTADA 1053, ACONDICIONADA EM SISTEMA BLISTER,TRAZENDO NO VERSO DA EMBALAGEM:Nº DO LOTE E REGISTRO NO M.S.REFERÊNCIA OPTION.	3R IND E COM MICRODONT	UNI	30	5,00	BIO-LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
29	BROCA DIAMANTADA 3118FF, ACONDICIONADA EM SISTEMA BLISTER,TRAZENDO NO VERSO DA EMBALAGEM:Nº DO LOTE E REGISTRO NO M.S.REFERÊNCIA OPTION.	3R IND E COM MICRODONT	UNI	80	5,00	BIO-LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
30	BROCA DIAMANTADA 3195FF, ACONDICIONADA EM SISTEMA BLISTER,TRAZENDO NO VERSO DA EMBALAGEM:Nº DO LOTE E REGISTRO NO M.S.REFERÊNCIA OPTION.	3R IND E COM MICRODONT	UNI	80	5,00	BIO-LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
31	CAIXA COLETORA DE PERFURO CORTANTE, CONFECCIONADA COM MATERIAL COMPATÍVEL COM OS PADRÕES DE QUALIDADE AMBIENTAL E ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DA NORMA ABNT NBR 13853 DE 05/1997, RDC 306, CONAMA 358. COM SÍMBOLO DE MATERIAL INFECTANTE EM LUGAR VISÍVEL E INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM.COM CAPACIDADE TOTAL DE 3 LITROS E ÚTIL 2,3 LITROS. MARCA SUGERIDA DESCARPCK.	DESCARBOX	UNI	50	7,00	CIRURGICA ONIX - EIRELI - ME
32	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: SISTEMA DE ENCAIXE BORDEN (DOIS FUIROS-UNIVERSAL ,COM ADAPTAÇÃO EM ROSCA COM 5 FIO DE ROSCA),SPRAY TRIPLA, VELOCIDADE MÁX. 380.000 RPM, PRESSÃO DE AR 32 LIBRAS-2,2 BAR, RUÍDO 64 DECIBÉIS, FIXAÇÃO DAS BROCAS PELO SISTEMA PUSH BUTTON, CAPA LONGA DE 12,5CM.MEDIDAS DA CABEÇA:ALTURA13,2MM;DIÂMETROS(PARTE SUPERIOR 12,5MM ; PARTE INFERIOR 9,4MM).AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135 Cº. CONSTAR O NÚMERO DE SÉRIE NO INSTRUMENTO. REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE 12 MESES.REFERÊNCIA KAVO.	KAVO	UNI	10	645,00	MUNIZ & ROCHA LTDA - ME
33	CARIOSTÁTICO COMPOSTO DE: DIAMINO FLUORETO DE PRATA A 12%M MEIO AMONICAL TRAZENDO INTERNAMENTE: Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PRAZO DE VALIDADE: 75% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO.REGISTRO M.S.. FRASCO COM 10 ML	MAQUIRA	FRS	8	21,30	ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP
34	CIMENTO A BASE DE IONÓMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO DENTAL APRESENTADO NA FORMA DE PÓ(10G), QUE DEVE SER MISTURADO AO ÁCIDO POLIACRÍLICO (8G). CONTENDO UM BLOCO DE ESPATULAÇÃO, UM DOSADOR DE PÓ. NA COR A3. TRAZENDO INTERNAMENTE: Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PRAZO DE VALIDADE: 75% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO.REGISTRO M.S.. MARCA SUGERIDA MAXXION.	FGM MAXXION R	KIT	150	61,50	BIO-LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
35	CIMENTO PARA PREENCHIMENTO TEMPORÁRIO DAS CAVIDADES DENTÁRIAS. TRAZENDO INTERNAMENTE: Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PRAZO DE VALIDADE: 75% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO	MAQUIRA OBTUR REFIL	PT	10	28,00	BIO-LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

	PRODUTO.REGISTRO M.S.. MARCA SUGERIDA VIGODENT. POTE COM 25 GRAMAS					LTDA - ME
36	COMPOSITO MICROHIBRIDO RADIOPACO POLIMERIZAVEL POR LUZ ALÓGENA A2, COMPOSTO DE :MONÓMEROS METACRÍLICOS, SÍLICA PIROGÊNICA, SILICATO DE BÁRIO E ALUMÍNIO.TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE E VALIDADE. PRAZO DA VALIDADE: 75% DO PRAZO TOTAL.REGISTRO NA ANVISA. MARCA SUGERIDA VIGODENT. SERINGA COM 4 GRAMAS	BIODNIAMICA MASTER FILL	SER	5	59,00	BIO-LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
37	COMPOSITO MICROHIBRIDO RADIOPACO POLIMERIZAVEL POR LUZ ALÓGENA A3, COMPOSTO DE :MONÓMEROS METACRÍLICOS, SÍLICA PIROGÊNICA, SILICATO DE BÁRIO E ALUMÍNIO.TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE E VALIDADE. PRAZO DA VALIDADE: 75% DO PRAZO TOTAL.REGISTRO NA ANVISA. MARCA SUGERIDA VIGODENT. SERINGA 4 GRAMAS	BIODNIAMICA MASTER FILL	SER	30	59,00	BIO-LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
38	COMPOSITO MICROHIBRIDO RADIOPACO POLIMERIZAVEL POR LUZ ALÓGENA A3,5, COMPOSTO DE :MONÓMEROS METACRÍLICOS, SÍLICA PIROGÊNICA, SILICATO DE BÁRIO E ALUMÍNIO.TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE E VALIDADE. PRAZO DA VALIDADE: 75% DO PRAZO TOTAL.REGISTRO NA ANVISA. MARCA SUGERIDA VIGODENT. SERINGA 4 GRAMAS	BIODNIAMICA MASTER FILL	SER	30	59,00	BIO-LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
39	COMPRESSAS CIRÚRGICAS DE GAZE HIDRÓFILA, CONFECCIONADAS EM ALGODÃO COM 13 FIOS/CM², 5 DOBRAS, 8 CAMADAS. MEDIDA FECHADA 7,5CM X 7,5CM. MEDIDA ABERTA 14CM X 30CM. PESO MÉDIO POR PACOTE 568G DE MATÉRIA PRIMA – ALGODÃO) . PRAZO DE VALIDADE: 75% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO.COM REGISTRO NA ANVISA. . PACOTE COM 500.	LARISMED	PCT	400	28,04	CIRURGICA ONIX - EIRELI - ME
40	CONDICIONADOR ÁCIDO PARA ESMALTE E DENTINA COMPOSTO DE ÁCIDO FOSFÓRICO 37%. MARCA SUGERIDA MAQUIIRA. SERINGA COM 2,5 ML	LYSANDA LYSAC GEL	SER	105	7,40	BIO-LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
41	CONTRA ÂNGULO INTRA RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO DE 1:1; GIRO DE 360º SOBRE O MICROMOTOR; AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C; PESO 35G; TAMANHO REDUZIDO DA CABEÇA; FIXAÇÃO DA BROCA COM TRAVA DE AÇO TEMPERADA. MESMA MARCA DO MICRO MOTOR. REGISTRO NA ANVISA.	KAVO 500	UNI	10	588,66	BIO-LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
42	CREME DENTAL PROFILÁTICO SEM ÓLEO, COM FLUOR, ACONDICIONADA EM RECIPIENTE PLÁSTICO. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE E VALIDADE. PRAZO DE VALIDADE: 75% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO. COM REGISTRO NO M.S. MARCA SUGERIDA VILLEVIE. UNIDADE COM 90 GRAMAS	MAQUIRA SHINE	UNI	30	9,50	BIO-LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
43	CUNHA DE MADEIRA INTERDENTAIS ACONDICIONADA EM PENTE. MARCA SUGERIDA DCMA. PACOTE COM 100	PHARMAINOX	PCT	5	8,39	BIO-LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
44	CURETA MAC CALL PARA PERIODONTIA 17-18, CONFECCIONADA EM AÇO INOX, COM O CABO OCO. MARCA SUGERIDA GOLGRAN	GOLGRAN	UNI	10	42,95	J RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME
45	DETERGENTE ENZIMÁTICO COM TRÊS ENZIMAS COMPOSTO DE TENSOATIVO NÃO IÔNICO, SOLVENTES,PROTEASE, LÍPASE,AMILASE, CORANTE E ÁGUA. TRAZENDO NO FRASCO: Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PRAZO DE VALIDADE: 75% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO.REGISTRO M.S. MARCA SUGERIDA ECOPEL. GALÃO 5 LITROS	RIOQUIMICA	GL	30	295,00	J RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME
46	DESENSIBILIZANTE COMPOSTO DE NITRATO DE POTÁSSIO A 5% E FLUORETO DE SÓDIO A 2%. TRAZENDO INTERNAMENTE: Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PRAZO DE VALIDADE: 75% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO.REGISTRO M.S. MARCA SUGERIDA FGM. SERINGA COM 2,5 GRAMAS	LYSANDA LYSENSE GEL	SER	40	27,00	BIO-LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
47	DISCO DE LIXA PARA POLIMENTO DE ACABAMENTO DENTAL DE 19MM, COM 50 DISCOS SORTIDOS MARCA SUGERIDA TDV.	TDV DISCO DE LIXA	KIT	10	42,61	BIO-LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

48	EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PIEZELÉTRICO DIGITAL E JATO DE BICARBONATO PARA PROFILAXIA DENTAL, SEM RESERVATÓRIO, COM SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DIRETO DA REDE. POTÊNCIA DE 29KHZ A 33KHZ. AJUSTE DIGITAL DA POTÊNCIA DE ULTRASSOM EM 6 NÍVEIS. CVDENTUS ATRAVÉS DE ADAPTADOR AP1. EXCLUSIVO SISTEMA DE BICO PROFILÁTICO. ACESSÓRIOS: 3 INSERTOS PARA PÉRIO E CHAVE COM TORQUÍMETRO. CAPA DE TRANSDUTOR E BICO DO JATO TOTALMENTE REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL. MARCA SUGERIDA ALT	KONDENTECH SCALER JET	UNI	5	2.370,00	MUNIZ & ROCHA LTDA - ME
49	ESCOVA DENTAL COM CERDAS DE NYLON MACIAS, COM QUATRO FILEIRA DE TUFOS, CONTENDO 28 TUFOS E CERDAS APARADAS UNIFORMEMENTE E ARREDONDADAS, CABO CRISTAL NA COR BRANCA.COM LOGO(RIBEIRÃO CLARO SORRIDENTE)TRAZENDO NA EMBALAGEM DATA DE VALIDADE E REGISTRO ANVISA. MARCA SUGERIDA CIRILLO.	DENTALK	UNI	500	1,06	J RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME
50	ESCOVA DENTAL COM CERDAS DE NYLON MACIAS, COM QUATRO FILEIRA DE TUFOS, CONTENDO 34 TUFOS E CERDAS APARADAS UNIFORMEMENTE E ARREDONDADAS, CABO CRISTAL NA COR BRANCA. COM O LOGO (RIBEIRÃO CLARO SORRIDENTE). COM PROTETOR DE CERDAS EM PVC , TIPO MALETA, CORRESPONDENTE AO TAMANHO DA ESCOVA. TRAZENDO NA EMBALAGEM DATA DE VALIDADE E REGISTRO ANVISA. MARCA SUGERIDA CIRILLO.	DENTALK	UNI	3000	1,11	J RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME
51	ESCOVA DE ROBSON CA RETA BRANCA, ACONDICIONADA EM SISTEMA BLISTERS. INFORMANDO:O MODELO, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO. REGISTRO M.S. MARCA SUGERIDA MICRODONT.	PREVEN	UNI	70	1,72	ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP
52	ESCOVA DE ROBSON CA CÔNICA BRANCA, ACONDICIONADA EM SISTEMA BLISTERS. INFORMANDO:O MODELO, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO. REGISTRO M.S. MARCA SUGERIDA MICRODONT.	PREVEN	UNI	10	1,72	ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP
53	ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLÁGENO HIDROLISADO (GELATINA LIOFILIZADA). TRAZENDO INTERNAMENTE: Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PRAZO DE VALIDADE: 75% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO.REGISTRO ANVISA. MARCA SUGERIDA TECHNEW. CAIXA COM 10	MAQUIRA	CX	10	35,80	ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP
54	FILME DENTAL INTRAORAL. FORMATO: ANSI,1.2 (11/4 X 15/8 IN.) ISSO, W2 (31 X 41MM). TRAZENDO INTERNAMENTE: Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PRAZO DE VALIDADE: 75% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO.REGISTRO ANVISA. REFERÊNCIA KODAK. CAIXA COM 150	PROGRAD DENTIX	CX	2	132,54	BIO-LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
55	FIO RETRATOR GENGIVAL CONFECCIONADO COM FIBRAS DE ALGODÃO NÚMERO (0)ZERO. TRAZENDO NA EMBALAGEM : Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DATA DE VALIDADE. MARCA SUGERIDA FGM. ROLO COM 250 CM	AAF DO BRASIL RETRAF	ROL	4	25,69	BIO-LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
56	FIO DE SUTURA SEDA 4.0 TRANÇADA- CLASSEII – MT1/2 CIRC. TRG. 1,7CM ESTÉRIL- 45CM. TRAZENDO INTERNAMENTE: Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PRAZO DE VALIDADE: 75% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO.REGISTRO ANVISA. CAIXA COM 24	TECHNEW	CX	70	59,90	ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP
57	FIO DE SUTURA NYLON 3.0 (MONOFILAMENTO PRETO), CLASSEII - CUTICULAR- CTI 3/8 CIR.TRG 2,0 CM ESTÉRIL- 45CM. TRAZENDO INTERNAMENTE: Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PRAZO DE VALIDADE: 75% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO.REGISTRO ANVISA. MARCA SUGERIDA SHALON. CAIXA COM 24	SHALON	CX	1	59,90	ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP
58	FIXADOR DE RX. COMPOSICAO: AGUA 85-90%, TIOSSULFATO DE AMONIO (5-10%), TIOCIANATO DE AMONIO (5-10%) TRAZENDO INTERNAMENTE: Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PRAZO DE VALIDADE: 75% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO. REGISTRO ANVISA. (475ML)	KODAK	FRS	10	13,89	ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP
59	FLUORETO DE SÓDIO ACIDULADO 1,23%. TRAZENDO INTERNAMENTE: Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PRAZO DE VALIDADE: 75% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO.REGISTRO ANVISA. MARCA SUGERIDA DFL. FRASCO 200 ML	IODONTOSUL FLUORSUL	FRS	10	7,15	BIO-LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
60	FORMOCRESOL. TRAZENDO INTERNAMENTE: Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PRAZO DE VALIDADE: 75% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO	MAQUIRA	FRS	10	10,60	BIO-LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS

	PRODUTO. MARCA SUGERIDA MAQUIRA. FRASCO 10 ML					HOSPITALARES LTDA - ME
61	INDICADOR BIOLÓGICO PARA MONITORAMENTO DE AUTOCLAVE A VAPOR. TRAZENDO NA EMBALAGEM : Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. CAIXA COM 8	2I BIOLOGICAL TEST	CX	10	79,00	BIO-LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
62	INSERTO DE APARELHO DE ULTRASSOM PIEZELETRICO G1. DA MESMA MARCA DO EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM.	KONDENTECH	UNI	40	134,00	MUNIZ & ROCHA LTDA - ME
63	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A. PARA CAPEAMENTO PULPAR. TRAZENDO INTERNAMENTE: Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PRAZO DE VALIDADE: 75% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO.REGISTRO ANVISA. FRASCO COM 10 GRAMAS	IODONTOSUL	FRS	8	9,50	BIO-LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
64	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO RADIOPACO PARA CAPEAMENTO PULPAR. TRAZENDO INTERNAMENTE: Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PRAZO DE VALIDADE: 75% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO.REGISTRO ANVISA.	TECHNEW	KIT	40	28,00	J RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME
65	LIMA ENDODONTICA, TIPO K-FILE 1ª SÉRIE 25MM .	ANGELUS	KIT	10	57,96	BIO-LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
66	LIMAS ENDODONTICAS FARPADAS PARA EXTIRPAR NERVOS 1ª SÉIE NA COR BRANCA (Nº15 X 25MM) CAIXA COM 10	VDW	CX	10	46,37	BIO-LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
67	LÍQUIDO HEMOSTÁTICO. . TRAZENDO INTERNAMENTE: Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PRAZO DE VALIDADE: 75% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO.REGISTRO ANVISA. MARCA SUGERIDA TECHNEW. FRASCO COM 10 ML	MAQUIRA	FRS	8	16,80	ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP
68	LUBRIFICANTE SPRAY PARA INSTRUMENTOS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO. CONTENDO 143G EM 200ML. COM BICO ESPECIAL PARA LUBRIFICAR ALTA ROTAÇÃO, MICRO MOTOR E CONTRA ÂNGULO.	MAQUIRA	UNI	50	24,50	J RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME
69	LUVA DESCARTÁVEL PEQUENA (P). PRAZO DE VALIDADE: 75% DO PRAZO TOTAL. MARCAS SUGERIDAS:SEMPER MED,SUPERMAX,LAGROTTA AZZURRA.SATARI. CART COM 100	DESCARPACK	CAR	300	20,85	MUNIZ & ROCHA LTDA - ME
70	LUVA DESCARTÁVEL MÉDIA (M). PRAZO DE VALIDADE: 75% DO PRAZO TOTAL. MARCAS SUGERIDAS:SEMPER MED,SUPERMAX,LAGROTTA AZZURRA.SATARI. CART COM 100	NUGARD	CAR	300	21,00	CIRURGICA ONIX - EIRELI - ME
71	MANDRIL PARA DISCO DE LIXA.	PREVEN	UNI	30	5,83	BIO-LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
72	MÁSCARA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO, 3 CAMADAS, CONFECCIONADAS EM TNT. ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPEL. MARCA SUGERIDA EMBRAMAC. CAIXA COM 50	LABOR IMPORT	CX	50	9,65	J RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME
73	MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO, NA COR POLVO,(I.R.M.), PÓ: ÓXIDO DE ZINCO, POLI METACRILATO DE METILA. LÍQUIDO:EUGENOL 99,5%, ÁCIDO ACÉTICO 0,5%. TRAZENDO INTERNAMENTE: Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PRAZO DE VALIDADE: 75% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO.REGISTRO ANVISA. MARCA SUGERIDA DENTSPLY.	AAF DO BRASIL INTER- A	KIT	20	120,00	BIO-LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
74	MICROMOTOR INTRA ROTATÓRIO AUTOTORQUE COM SISTEMA DE CONEXÃO DOIS FUROS (BORDEN);ROTAÇÃO CONTROLADA DE 3.000 A 20.000 RPM INVERSÃO;AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C; PESO 85G;BAIXO NÍVEL RUÍDO; CONSUMO DE AR 50 A 75 LB (APROXIMADAMENTE). A MESMA MARCA DO CONTRA ÂNGULO REGISTRO ANVISA	KAVO 500	UNI	6	626,35	BIO-LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
75	PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME PLÁSTICO 04C, COM INDICADORES QUÍMICOS PARA USO EM ESTERILIZAÇÃO A VAPOR. FORMATO 5CM X 100M. TRAZENDO INTERNAMENTE: Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PRAZO DE VALIDADE: 75% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO.REGISTRO ANVISA. MARCA SUGERIDA MEDSTÉRIL.	HOSPIFLEX	BB	50	39,55	J RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME
76	PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME PLÁSTICO 04C, COM INDICADORES QUÍMICOS PARA USO EM ESTERILIZAÇÃO	HOSPFLEX	BB	80	60,35	CIRURGICA ONIX - EIRELI - ME

	A VAPOR. FORMATO 10CM X 100M. TRAZENDO INTERNAMENTE: Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PRAZO DE VALIDADE: 75% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO.REGISTRO ANVISA. MARCA SUGERIDA MEDSTÉRIL.					
77	PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME PLÁSTICO 04C, COM INDICADORES QUÍMICOS PARA USO EM ESTERILIZAÇÃO A VAPOR. FORMATO 12CM X 100M. TRAZENDO INTERNAMENTE: Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PRAZO DE VALIDADE: 75% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO.REGISTRO ANVISA. MARCA SUGERIDA MEDSTÉRIL.	ESTERILCARE	BB	50	68,60	ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP
78	PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME PLÁSTICO 04C, COM INDICADORES QUÍMICOS PARA USO EM ESTERILIZAÇÃO A VAPOR. FORMATO 20CM X 100M. TRAZENDO INTERNAMENTE: Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PRAZO DE VALIDADE: 75% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO.REGISTRO ANVISA. MARCA SUGERIDA MEDSTÉRIL.	HOSPIFLEX	BB	50	102,00	J RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME
79	PAPEL TOALHA MULTIFOLHADAS, BRANCO FORMATO 23CMX22,5CM. DEVERÁ SER MACIO, ABSORVENTE E HOMOGENEO, NÃO PODERÁ ESFARELAR DURANTE O USO, NÃO PODERÁ APRESENTAR ODORES DESAGRADÁVEL (NÃO CARACTERÍSTICO), CORTE IMPERFEITO, ENRUGAMENTO COM DOBRAS E DEVERÁ APRESENTAR RESISTÊNCIA ADEQUADA À TRAÇÃO. DEVERÁ AINDA, CONTER CADA FARDO, MÁXIMO DE 5 PACOTES, CADA PACOTE COM 1.000 FOLHAS	NOBRE	FRD	800	14,90	ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP
80	RESINA FLUIDA NATURAL FLOW A3. SERINGA COM 1,2 GRAMAS	MAQUIRA APPLIC FLOW	SER	30	34,00	BIO-LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
81	RESINA FLUIDA NATURAL FLOW A3,5 SERINGA COM 1,2 GRAMAS	MAQUIRA APPLIC FLOW	SER	30	34,00	BIO-LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
82	REVELADOR DE RX. COMPOSIÇÃO: ÁGUA 85-90%, SULFIDO DE SÓDIO 1-5%, DIETILENOCLICOL 1-5% HIDROQUINONA 1-5%. TRAZENDO INTERNAMENTE: Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PRAZO DE VALIDADE: 75% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO.REGISTRO ANVISA. MARCA SUGERIDA KODAK. FRASCO COM 475 ML	KODAK	FRS	20	14,28	ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP
83	SABONETE LÍQUIDO CREMOSO COM GLICERINA. AROMA DE ERVA DOCE MARCA SUGERIDA RIOQUÍMICA. GALÃO COM 5 LITROS	RICIE	GL	40	23,69	ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP
84	SACO PARA LIXO HOSPITALAR BRANCO LEITOSO PARA MATERIAL INFECTANTE DE 20 LITROS. CONTENDO O LOGO (INFECTANTE) PACOTE COM 100	TEKPLAST	PCT	30	28,50	J RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME
85	SILICONES ABRASIVOS PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINA COMPOSTA. MARCA SUGERIDA KG.	3R IND E COM MICRODONT	KIT	20	67,05	BIO-LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
86	SELADORA MANUAL DE MESA ESPECÍFICA PARA SELAR EMBALAGENS CONFECCIONADAS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ÁREA DE SELAGEM 250 MM, EXCESSURA DA SOLDA 13 MM, V 110 OU 220, POTÊNCIA 50 W, PESO 2,5 KG. GARANTIA DE 12 MESES	SISPACK	UNI	2	356,00	J RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME
87	SELANTE PARA FÓSSULAS E FISSURAS FOTOPOLIMERIZÁVEL POR LUZ VISÍVEL NA COR MATIZADO, CONTENDO NO KIT: 05 SERINGAS DE SELANTE COM 2(DUAS) G CADA. 1(UMA) SERINGA DE CONDICIONADOR DENTAL COM 3ML. 20 PONTAS DE APLICADORES DESCARTÁVEIS. TRAZENDO NA SERINGA : Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PRAZO DE VALIDADE: 75% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO.REGISTRO ANVISA. MARCA SUGERIDA DENTSPLY..	ANGELUS DEFENSE CHROMA	KIT	8	75,16	BIO-LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
88	SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL. TRAZENDO INTERNAMENTE: Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PRAZO DE VALIDADE: 75% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO.REGISTRO ANVISA. REFERÊNCIA ISS PLUS. PACOTE COM 40	SSPLUS	PCT	400	8,60	ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP
89	SUGADORES CIRÚRGICOS DESCARTÁVEIS . TRAZENDO	21 CX C./20	CX	100	24,31	BIO-LÓGICA

	INTERNAMENTE: Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PRAZO DE VALIDADE: 75% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO.REGISTRO ANVISA. REFERÊNCIA MAQUIRA OU INDUSBELO. CAIXA COM 40					COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
90	TIRA DE POLIESTER PARA USO ODONTOLÓGICO CAIXA COM 50	PREVEN	CX	20	3,09	ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP
91	TIRAS ABRASIVAS CONFECCIONAS EM AÇO DE 4MM. CAIXA COM 12	FRX	CX	10	12,60	ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP
92	TOUCA DESCARTÁVEL DE POLIPROPILENO COM ELÁSTICO NA COR BRANCA. TRAZENDO INTERNAMENTE: Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PRAZO DE VALIDADE: 75% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO. REFERÊNCIA EMBRAMAC .REGISTRO ANVISA PACOTE COM 100	ANADONA	PCT	100	11,20	ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP
93	COMPRESSOR DE AR ISENTO DE ÓLEO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CABEÇOTE COM 2 PISTÕES, MAIOR EFICIÊNCIA NA VAZÃO DE AR - REGULADOR DE PRESSÃO COM 2 MANÔMETROS, PARA CONTROLE DE PRESSÃO NO RESERVATÓRIO E PRESSÃO NA SAÍDA DE AR - FACILIDADE DE MANUTENÇÃO SIMPLES E ECONÔMICA - RESERVATÓRIO COM PINTURA INTERNA E EXTERNA DE ALTA RESISTÊNCIA ELETROSTÁTICA A PÓ; - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: :: VOLUME INTERNO DE AR RESERVATÓRIO: 100 LITROS :: VOLUME DE AR ASPIRADO: 12PCM :: PRESSÃO MÁXIMA DE OPERAÇÃO: 120LBF/POL² :: NÚMERO DE CABEÇOTES: 1 :: ESTÁGIO: 1 :: NÍVEL DE RÚIDO: 74 DCB :: PINTURA INTERNA: SIM :: REGULADOR DE PRESSÃO: SIM :: ACIONAMENTO DO MOTOR: DIRETO :: ISENTO DE ÓLEO: SIM	FIAC	UNI	1	5.123,66	J RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME
94	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: LUZ LED, VOLTAGEM 110'240 VCA, CONSUMO 10VA, BATERIA DE LÍCIO, PROGRAMÁVEL DE 10 À 100 SEGUNDOS VIA BOTÃO, BATERIA COM APROXIMADAMENTE 2 HORAS DE TRATAMENTO. ACESSÓRIOS: PONTEIRA CONDUTORA DE LUZ, PROTETOR OCULAR, BOTÃO DE ACIONAMENTO, CORPO DA PEÇA DE MÃO, BATERIA, LED INDICADOR DE CARGA DA BATERIA, BASE CARREGADORA, FONTE DE ALIMENTAÇÃO. PODENDO SER UTILIZADO EM TENSÕES DE ALIMENTAÇÃO DE 127 A 220 V, COM FREQUÊNCIA DE 50/60 H. COM REGISTRO NA ANVISA.	KONDENTECH	UNI	3	792,00	MUNIZ & ROCHA LTDA - ME

Junte-se ao procedimento
Publique-se,

Ribeirão Claro-Pr, 28 de março de 2018.

Mário Augusto Pereira
Prefeito Municipal